

Dr. Jace Wolfe: No más de cinco

Dra. Teresa Caraway: Cuando decimos "No más de cinco", ¿qué significa para ti?

Dr. Jace Wolfe: Significa que, cuando colocamos audífonos, podemos hacer una pequeña prueba: ponemos un micrófono en el oído y podemos leer el volumen o el nivel de salida de ese audífono. Tenemos prescripciones u objetivos prescritos que muestran dónde deberían estar ese volumen o esa salida en la pantalla de una computadora. La meta es asegurarnos de que el volumen o el nivel de salida en decibelios no estén a más de cinco decibeles de esos objetivos prescritos. Algunas investigaciones demuestran que, cuando los audífonos se ajustan a los objetivos prescritos, el habla y el lenguaje son mucho mejores que no se ajustan a la prescripción basada en la investigación o en la evidencia.

Dra. Teresa Caraway: Bien, entonces cada decibel cuenta.

Dr. Jace Wolfe: Cada decibel cuenta.

Dra. Teresa Caraway: No más de cinco, eso es lo que importa.

Dr. Jace Wolfe: Claro, un error no mayor que cinco decibeles.

Dra. Teresa Caraway: Es increíble. Porque queremos que ese pequeño cerebro acceda a todos los sonidos del habla.

Dr. Jace Wolfe: Eso es cierto.